



Los momentos importan

Cuida de bebés en un área de atención sanitaria con un ritmo rápido de trabajo, con pacientes de alto riesgo y muchas distracciones. Al combinar los diseños seguros con la formación de los usuarios, se contribuye al objetivo de evitar las caídas de los recién nacidos.

- En EE. UU., se estima que al año se producen entre 600 y 1600 caídas de recién nacidos en los paritorios, las salas de postparto y las áreas de cuidado de recién nacidos. Las caídas de estos tienen lugar estando en brazos de sus cuidadores o de sus padres, en camas de adultos, en cunas, cunas térmicas, incubadoras, básculas, sillas, etc.¹.
- Las caídas pueden causar lesiones.
- Los cuasiaccidentes y las caídas se pueden evitar.
- Se precisa de concienciación y formación continuas para contribuir a la reducción del riesgo de caídas².

Asegúrese de que todas las personas que manipulan los cierres de las ventanas o de las puertas reciben formación sobre el uso adecuado de estos y de que se les instruye sobre lo siguiente:

- Cómo determinar si los cierres de los paneles de la cuna y las ventanas están acoplados
- Cómo y cuándo se deben abrir las ventanas y los paneles de la cuna
- Cómo deben responder si los cierres no están acoplados
- No se debe dar la espalda a los paneles de la cuna ni a las ventanas cuando están abiertos
- Cómo se deben realizar los traslados de los pacientes
- Cuasiaccidentes, que pueden producirse por bebés activos o por distracciones de los cuidadores



Escanee este código QR para ver un vídeo breve de 4 minutos sobre la abertura y el cierre de las puertas de las ventanas y sobre la bajada y la elevación de las paredes.

gehealthcare.com

Debe tirar de la **puerta de la ventana** siempre que el panel de la cuna o la ventana se cierran para asegurarse de que el cierre de la puerta de la ventana está acoplado.



Debe tirar del **panel de la cuna** siempre que se cierre para comprobar que el cierre está acoplado.

La pestaña roja muestra que el cierre **no está acoplado**.



Debe tirar del **panel de la cuna** siempre que se cierre para comprobar que el cierre está acoplado.

La pestaña roja muestra que el cierre **no está acoplado**.



1 Monson S.A., et al.(2008). In-Hospital falls of newborn infants: Datos extraídos de un sistema sanitario de varios hospitales. Pediatrics 122:e277-e280
 2 <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>