



# Fontos, hogy odafigyeljünk

Olyan területen gondoskodik a csecsemők ellátásáról, ahol folyton rohanni kell, magas a páciensek kockázatkitettsége, és sok mindenre kell egyszerre figyelni. Az újszülöttek biztonsága biztonságos kialakításokkal és megfelelő kezelői képzésekkel biztosítható.

- Becslések szerint az Egyesült Államokban évente 600-1600 újszülött esik le a szülés során és a születés után, valamint az újszülöttellátási területeken, így az ápolók és a szülők karjaiból, a felnőttek ágyából, a gyerekágyból, a gyerekmelegítőkből, az inkubátorokból, a mérlegekről, a székekből stb.<sup>1</sup>
- A babák az eséstől sérülést szenvedhetnek
- A leesések elkerülhetők
- A leesések kockázatának csökkentése figyelemfelhívásokkal és oktatással csökkenthető?

Gondoskodjon róla, hogy mindenki, aki a kerek nyílásokat és az ajtóreteszeket kezeli, képzésben részesüljön ezek megfelelő használatára vonatkozóan, és tisztában legyen az alábbiakkal:

- Hogyan ismerhető fel, hogy az ágy melletti panelek és a kerek nyílások be vannak reteszelve?
- Mikor és hogyan kell kinyitni a kerek nyílásokat és az ágy melletti paneleket?
- Mit kell tenni, ha ezek nincsenek bezárva/bereteszelve?
- Ne hagyjuk nyitva az ágy melletti paneleket és a kerek nyílásokat
- Hogyan kell kezelni a páciensek szállítását?
- Balesetveszély, amelyet a mozgékony csecsemők vagy az ápolók figyelmének elterelődése okozhat



A QR-kód leolvasásával megtekinthet egy 4 perces videót arról, hogyan kell kinyitni/bezárni a kerek nyílások ajtajait és leengedni/felhajtani a falakat

gehealthcare.com

Az ágy melletti panel vagy a **kerek nyílás** minden bezárásakor húzza meg a kerek nyílás ajtaját annak ellenőrzésére, hogy az reteszelve van-e.



A panel minden bezárásakor húzza meg felfelé az **ágy melletti panelt** annak biztosítása érdekében, hogy a panel be legyen reteszelve

A piros fül mutatja, hogy a retesz **nincs lezárva**.



LEZÁRVA



NINCS LEZÁRVA

A panel minden bezárásakor húzza meg felfelé az **ágy melletti panelt** annak biztosítása érdekében, hogy a panel be legyen reteszelve

A piros fül mutatja, hogy a retesz **nincs lezárva**.



LEZÁRVA



NINCS LEZÁRVA

1 Monson S.A., et al.(2008). In-Hospital falls of newborn infants: Data from a multihospital healthcare system. Pediatrics 122:e277-e280

2 <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>