



# Momenten zijn belangrijk

U verzorgt baby's in een zorgomgeving op hoog tempo met risicopatiënten en veel afleidingen. Door een veilig ontwerp te combineren met gebruikerstraining kunt u uw doelen voor het voorkomen van valpartijen van pasgeborenen ondersteunen.

- In de VS vallen naar schatting 600 tot 1600 pasgeborenen per jaar tijdens de bevalling, na de bevalling en in de zorg voor pasgeborenen; bijvoorbeeld uit de armen van de verzorgers en de ouders, uit bedden voor volwassenen, wiegen, kinderbedjes, verwarmers, incubatoren, weegschalen, stoelen, enz.<sup>1</sup>
- Vallen kan leiden tot letsels
- Bijna-ongevallen en valpartijen kunnen worden voorkomen
- Voortdurende bewustmaking en voorlichting zijn nodig om het risico op vallen te helpen verminderen<sup>2</sup>

Zorg ervoor dat iedereen die in contact komt met openingen of deurvergrendelingen op de hoogte is van het juiste gebruik en van het volgende:

- Hoe u kunt vaststellen of de bedpanelen en openingen zijn vergrendeld
- Hoe en wanneer openingen en bedpanelen moeten worden geopend
- Hoe te reageren als deze niet vergrendeld of gesloten zijn
- Niet wegdraaien van open bedpanelen of openingen
- Hoe overplaatsingen van patiënten moet worden beheerd
- Bijna-ongevallen die mogelijk het gevolg zijn van actieve van baby's of afgeleide zorgverleners



Scan deze QR-code om een korte video van 4 minuten te bekijken over het openen en sluiten van openingsdeuren en het laten zakken/omhoog brengen van de wanden

gehealthcare.com

U moet elke keer wanneer het bedpaneel of de opening wordt gesloten aan de **deur van de opening** trekken om te controleren of deze is vergrendeld.



U moet elke keer wanneer het paneel wordt gesloten aan het **bedpaneel** trekken om te controleren of het paneel is vergrendeld. Het rode label geeft aan dat de vergrendeling **niet is vergrendeld**.



U moet elke keer wanneer het paneel wordt gesloten aan het **bedpaneel** trekken om te controleren of het paneel is vergrendeld. Het rode label geeft aan dat de vergrendeling **niet is vergrendeld**.



1 Monson S.A., et al.(2008). In-Hospital falls of newborn infants: Data from a multihospital healthcare system. Pediatrics 122:e277-e280  
 2 <https://doi.org/10.1542/hpeds.2018-0021>