

Giraffe Incubator Carestation CS1 のスキルの概要



臨床医名：		臨床医 機能的役割：	
病院/施設：			
市町村：		都道府県：	
トレーナー：		日付：	

システムの説明	説明済み	実演済み	コメント
正面図			
背面図			
装置ラベル			
コントロールパネルの概要	説明済み	実演済み	コメント
ホーム画面			
退席中画面			
キーボードの使用			
オンスクリーンヘルプ			
モードの概要	説明済み	実演済み	コメント
エアモード			
ベビーモード			
セットアップ機能	説明済み	実演済み	コメント
セットアップ画面のナビゲート			
患者のセットアップ			
現在の時刻			
乳児名			
生年月日			
在胎月齢			
快適温湿範囲			
アラームのセットアップ			
温度単位			
皮膚温度アラーム（ベビーモード）			

セットアップ機能（続き）	説明済み	実演済み	コメント
皮膚温度アラーム（エアモード/マニュアルモード）			
アラーム音量			
ハンズフリーアラームサイレンス			
システムのセットアップ			
ベッド昇降の有効化/無効化			
退席中画面タイムアウト			
画面輝度			
酸素の較正			
テーマ			
セットアップのシステムデフォルト			
使用前点検	説明済み	実演済み	コメント
機械的点検			
オプションの点検			
コントロールパネルの点検			
加湿器の点検			
酸素の点検			
保育器の使用	説明済み	実演済み	コメント
装置の電源投入			
収容に備えたセットアップ			
皮膚温度プローブの取り付け			
2つの皮膚温度プローブの使用			
丸窓とベッドパネルのラッチングおよび固定			
丸窓の開放、ラッチングおよび固定			
ベッドパネルの開放およびラッチング			
マットレスの使用			
マットレスの引き出し			
マットレスの回転			
マットレスを傾ける			
ベッドの昇降			
X線トレイの使用			
酸素の管理			
酸素の接続			

保育器の使用（続き）	説明済み	実演済み	コメント
酸素の校正			
加湿器の使用			
湿度の管理			
体重計の使用			
体重のトレンド表示			
加圧給気の使用			
タイマの設定			
トレンドの表示			
エアモードでの気温の設定			
空気設定温度の手動設定			
快適温湿範囲の設定			
ナースコールシステムとリモートモニタリング			
リモートモニタリングインタフェースの使用			
ナースコールシステムインタフェースの使用			
オプション機器の設置			
体重計の設置			
マウントレールシステムコンポーネント			
ガスシリンダホルダー			
チューブ管理アーム			
丸窓カバー			
サイロサポートアーム			
保育器カバー			
アラームについて	説明済み	実演済み	コメント
アラームの優先度			
コントロールパネルの表示について			
音声トーンについて			
アラームの消音			
複数のアラーム			
メンテナンスと清掃	説明済み	実演済み	コメント
修理のガイドライン			
メンテナンススケジュール			
ユーザーによるメンテナンスと清掃の頻度			

メンテナンスと清掃（続き）	説明済み	実演済み	コメント
サービスメンテナンスの頻度			
清掃ガイドライン			
洗浄液			
清掃方法に関する推奨事項			
装置の清掃の準備			
タッチスクリーンの拭き取り			
完全な清掃のための装置の分解			
個々の部品の清掃			
加湿器の水タンクの清掃			
皮膚温度プローブの清掃			
マットレスの清掃			
装置の組み立て			

安全対策	説明済み	実演済み	コメント
------	------	------	------

以下に関連する安全対策に関する臨床および非臨床ユーザーの認識：

装置ラベル			
ラッチ			
壁パネルと丸窓の固定			
乳児をマットレスの中央に置く			
患者のアクセスと移送			
壁/丸窓ドアの開放			
患者モニタリング			