

Přehled funkcí inkubátoru Giraffe OmniBed Carestation CS1



Jméno lékaře:		Funkční role lékaře:	
Nemocnice/ zařízení:			
Město:		Stát:	
Školitel:		Datum:	

Popis systému	Prodiskutováno	Předvedeno	Komentáře
Pohled zepředu			
Pohled zezadu			
Štítky zařízení			
Popis ovládacího panelu	Prodiskutováno	Předvedeno	Komentáře
Výchozí zobrazení			
Obrazovka nepřítomnosti			
Použití klávesnice			
Nápověda na obrazovce			
Popis režimů	Prodiskutováno	Předvedeno	Komentáře
Režim Vzduch			
Režim Dítě			
Režimy Zahřívání a Předehřívání			
Přepnutí provozního režimu			
Funkce nastavení	Prodiskutováno	Předvedeno	Komentáře
Navigace na obrazovce Nastavení			
Pacientská nastavení			
Aktuální čas			
Jméno dítěte			
Datum narození			
Gestační věk			

Funkce nastavení (pokračování)	Prodiskutováno	Předvedeno	Komentáře
Komfortní zóna			
Nastavení alarmů			
Jednotky teploty			
Alarm teploty kůže (režim Dítě)			
Alarm teploty kůže (režim Vzduch/Ruční)			
Hlasitost alarmů			
Bezdrátové ztišení alarmu			
Nastavení systému			
Pedál zvednutí krytu			
Zvednutí lůžka, aktivace a deaktivace			
Čas vypršení obrazovky nepřítomnosti			
Jas obrazovky			
Kalibrace kyslíku			
Témata			
Výchozí parametry systému pro nastavení			
Kontroly před použitím	Prodiskutováno	Předvedeno	Komentáře
Mechanické kontroly			
Kontroly ovládacího panelu			
Kontroly zvlhčovače			
Kontroly kyslíku			
Použití inkubátoru OmniBed	Prodiskutováno	Předvedeno	Komentáře
Zapnutí přístroje			
Nastavení pro příjem			
Příjem pacienta			
Připojení kožní teplotní sondy			
Provoz se dvěma kožními teplotními sondami			
Zavírání západkou a zajištění bočních otvorů a bočních panelů			
Otevírání, zavírání západkou a zajištění bočních otvorů			
Otevírání a zavírání západkou bočních panelů			
Používání matrace			
Vysouvání matrace			
Otáčení matrace			

Používání inkubátoru OmniBed (pokračování)	Prodiskutováno	Předvedeno	Komentáře
Naklání matrace			
Zvednutí krytu			
Zvednutí a spuštění lůžka			
Použití RTG podložky			
Podávání kyslíku			
Připojení kyslíku			
Kalibrace kyslíku			
Použití zvlhčovače			
Aplikování vlhkosti			
Použití váhy			
Sestavování trendů váhy			
Použití funkce Vzduchový posilovač			
Nastavení časovače			
Displej trendů			
Nastavení teploty vzduchu v režimu Vzduch			
Manuální nastavení nastavené teploty vzduchu			
Nastavení zóny komfortu			
Systém výzvy sestře a dálkové monitorování			
Používání rozhraní pro dálkové monitorování			
Používání rozhraní systému výzvy sestře			
Instalace volitelného vybavení			
Instalace váhy			
Součásti systému upevňovací kolejnice			
Držák plynové lahve			
Rameno pro pohodlné zacházení s hadičkami			
Kryt bočního otvoru			
Podpůrné rameno zásobníku			
Otevírání a zavírání západkou bočních panelů			
Kryty inkubátoru			

Popis alarmů	Prodiskutováno	Předvedeno	Komentáře
Priority alarmů			
Popis displeje ovládacího panelu			
Popis akustických signálů			
Vypnutí zvukové signalizace alarmů			
Více alarmů			
Údržba a čištění	Prodiskutováno	Předvedeno	Komentáře
Pokyny pro opravy			
Harmonogram údržby			
Četnost údržby a čištění prováděných uživatelem			
Četnost servisní údržby			
Pokyny k čištění			
Čistící roztoky			
Doporučené metody čištění			
Příprava na čištění zařízení			
Otření dotykové obrazovky			
Rozebrání zařízení před kompletním vyčištěním			
Čištění jednotlivých součástí			
Čištění zásobníku vody zvlhčovače			
Čištění kožní teplotní sondy			
Čištění matrace			
Zvednutí či spuštění krytu			
Smontování přístroje			
Bezpečnostní opatření	Prodiskutováno	Předvedeno	Komentáře
Povědomí klinických a neklinických uživatelů o bezpečnostních opatřeních souvisejících s následujícím:			
Štítky zařízení			
Zavření západkou			
Zajištění nástěnných panelů a bočních otvorů			
Umístění dítěte na střed matrace			
Přístup k pacientovi a jeho přeložení			
Otevřené bočnice / kulatá okénka			
Monitorování pacientů			