

# Übersicht über die Funktionen der Giraffe OmniBed Carestation CS1



<b>Name des Arztes:</b>		<b>Funktionale Rolle des Arztes:</b>	
<b>Krankenhaus/ Einrichtung:</b>			
<b>Stadt:</b>		<b>Staat/ Bundesland:</b>	
<b>Schulungsleiter:</b>		<b>Datum:</b>	

<b>Systembeschreibung</b>	<b>Besprochen</b>	<b>Demonstriert</b>	<b>Kommentar</b>
Frontansicht			
Rückansicht			
Gerätebezeichnungen			
<b>Verwendung des Bedienfelds</b>	<b>Besprochen</b>	<b>Demonstriert</b>	<b>Kommentar</b>
Startbildschirm			
Standby-Bildschirm			
Verwenden der Tastatur			
Online-Hilfe			
<b>Betriebsarten</b>	<b>Besprochen</b>	<b>Demonstriert</b>	<b>Kommentar</b>
BA Luft			
Babymodus			
Betriebsarten „Aufwärmen“ und „Vorwärmen“			
Änderung des Betriebsmodus			
<b>Einrichtungsfunktionen</b>	<b>Besprochen</b>	<b>Demonstriert</b>	<b>Kommentar</b>
Navigation im Bildschirm „Set-up“			
Einrichtung von Patienten			
Aktuelle Zeit			
Name des Säuglings			
Geburtsdatum			
Gestationsalter			

<b>Einrichtungsfunktionen (Forts.)</b>	<b>Besprochen</b>	<b>Demonstriert</b>	<b>Kommentar</b>
Komfortzone			
Einrichten von Alarmen			
Temperatureinheiten			
Hauttemp.-Alarm (Babymodus)			
Hauttemp.-Alarm (Luft-/Manuell-Modus)			
Alarmlautstärke			
Berührungslose Alarmstummschaltung			
Systemeinrichtung			
Pedal für Haubenanhebung			
Bettanhebung, Aktivieren und Deaktivieren			
Zeitspanne Standby-Bildschirm			
Bildschirmhelligkeit			
O2 kalibrieren			
Designs			
Standardeinstellungen des Systems für die Einrichtung			
<b>Vorkontrolle</b>	<b>Besprochen</b>	<b>Demonstriert</b>	<b>Kommentar</b>
Mechanische Prüfungen			
Prüfung des Bedienfelds			
Prüfung des Luftbefeuchters			
Prüfung des Sauerstoffs			
<b>Verwendung des OmniBed</b>	<b>Besprochen</b>	<b>Demonstriert</b>	<b>Kommentar</b>
Einschalten des Geräts			
Einrichtung für die Aufnahme			
Aufnehmen des Patienten			
Anbringen des Hauttemperatursensors			
Betrieb mit zwei Hauttemperatursensoren			
Verriegeln und Sichern der Fenster und Bettwände			
Öffnen, Verriegeln und Sichern der Fenster			
Öffnen und Verriegeln der Bettwände			
Verwenden der Matratze			
Herausziehen der Matratze			
Drehen der Matratze			

Verwendung des OmniBed (Forts.)	Besprochen	Demonstriert	Kommentar
Neigen der Matratze			
Anheben der Haube			
Anheben und Absenken des Betts			
Verwenden der Röntgenablage			
Sauerstoff dosieren			
Sauerstoff anschließen			
Sauerstoff kalibrieren			
Verwenden des Luftbefeuchters			
Feuchte dosieren			
Waage			
Trendanalyse des Gewichts			
Verwenden von „Wärmevorhang“			
Einstellen des Timers			
Anzeigen von Trendkurven			
Einstellen der Lufttemperatur im Luftmodus			
Manuelles Einstellen der Luft-Solltemperatur			
Einstellen der Komfortzone			
Schwesternrufsystem und Fernüberwachung			
Verwenden der Schnittstelle zur Fernüberwachung			
Verwenden der Schnittstelle für das Schwesternrufsystem			
Anschluss von optionaler Ausstattung			
Installation der Waage			
Montageschienen-systemkomponenten			
Halterung für Gasflasche			
Schlauchdurchführungsarm			
Fensterabdeckung			
Silo-Stützarm			
Öffnen und Verriegeln der Bettwände			
Inkubatorabdeckungen			

Hinweise zu Alarmen	Besprochen	Demonstriert	Kommentar
Alarmprioritäten			
Verwendung der Bedienfeld-Anzeige			
Beschreibung der akustischen Alarme			
Stummschalten von Alarmen			
Mehrere Alarme			
Wartung und Reinigung	Besprochen	Demonstriert	Kommentar
Reparaturrichtlinien			
Wartungsplan			
Wartungs- und Reinigungshäufigkeit			
Wartungshäufigkeit			
Reinigungsrichtlinien			
Reinigungslösungen			
Empfehlungen für die Reinigungsverfahren			
Vorbereitung der Reinigung des Geräts			
Abwischen des Touchscreens			
Demontage des Geräts zur vollständigen Reinigung			
Reinigung einzelner Komponente			
Reinigung des Luftbefeuchter-Wasserbehälters			
Reinigung des Hauttemperatursensors			
Reinigung der Matratze			
Anheben oder Absenken der Haube			
Remontage des Geräts			
Sicherheitsmaßnahmen	Besprochen	Demonstriert	Kommentar
Das Bewusstsein für Sicherheitsmaßnahmen klinischer und nicht klinischer Benutzer in Bezug auf folgende Punkte:			
Gerätebezeichnungen			
Verriegelungen			
Sichern der Wandverkleidungen und Fenster			
Platzierung des Säuglings in die Matratzenmitte			
Patientenzugang und -übertragung			
Öffnen der Wände/Fenstertüren			
Patientenüberwachung			