

Vista general de habilidades para Giraffe OmniBed Carestation CS1



Nombre del médico:		Función del médico:	
Hospital/Instalación:			
Ciudad:		Estado:	
Instructor:		Fecha:	

Descripción del sistema	Analizado	Demostrado	Comentarios
Vista frontal			
Vista trasera			
Etiquetas del dispositivo			
Comprensión del panel de control	Analizado	Demostrado	Comentarios
Pantalla de inicio			
Pantalla de ausencia			
Uso del teclado			
Ayuda en pantalla			
Comprensión de los modos	Analizado	Demostrado	Comentarios
Modo aire			
Modo bebé			
Modos de calentamiento y precalentamiento			
Transición del modo de funcionamiento			
Funciones de configuración	Analizado	Demostrado	Comentarios
Navegación por la pantalla de configuración			
Configuración del paciente			
Hora actual			
Nombre del bebé			
Fecha de nacimiento			
Edad gestacional			

Funciones de configuración (continuación)	Analizado	Demostrado	Comentarios
Zona de confort			
Configuración de alarmas			
Unidades de temperatura			
Alarma de temperatura cutánea (Modo bebé)			
Alarma de temperatura cutánea (Modo aire/ manual)			
Volumen alarma			
Silenciar la alarma de manos libres			
Configuración del sistema			
Pedal de elevación de la cubierta			
Elevación de la cuna, activación y desactivación			
Tiempo de espera de la pantalla de ausencia			
Brillo de la pantalla			
Calibrar oxígeno			
Temas			
Ajustes predeterminados del sistema para configuración			
Procedimiento de verificación previa al uso	Analizado	Demostrado	Comentarios
Verificaciones mecánicas			
Verificaciones del panel de control			
Verificaciones del humidificador			
Verificaciones del oxígeno			
Uso de la OmniBed	Analizado	Demostrado	Comentarios
Encendido y apagado del dispositivo			
Configuración para una admisión			
Admisión del paciente			
Conexión de la sonda de temperatura cutánea			
Uso de dos sondas de temperatura cutánea			
Enganche y fijación de las portillas y los paneles de la cuna			
Apertura, enganche y fijación de las portillas			
Apertura y enganche de los paneles de la cuna			
Uso del colchón			
Extracción del colchón			
Giro del colchón			

Uso de la OmniBed (continuación)	Analizado	Demostrado	Comentarios
Inclinación del colchón			
Elevación de la cubierta			
Elevación y bajada de la cuna			
Uso de la bandeja de rayos X			
Administración de oxígeno			
Conexión de oxígeno			
Calibración del oxígeno			
Uso del humidificador			
Administrar humedad			
Uso de la báscula			
Tendencias de peso			
Utilizar Air Boost			
Configuración del cronómetro			
Visualización de las tendencias			
Configuración de la temperatura del aire en el modo aire			
Configuración manual de la temperatura establecida del aire			
Configuración de la zona de comodidad			
Sistema de aviso al personal de enfermería y monitoreo remoto			
Uso de la interfaz de monitorización remota			
Uso de la interfaz del sistema de aviso al personal de enfermería			
Instalación de equipos optativos			
Instalación de la báscula			
Montaje de los componentes del sistema del riel			
Soporte para bombona de gas			
Brazo del pasamuros de los tubos			
Cubierta de las ventanas			
Brazo del soporte del silo			
Apertura y enganche de los paneles de la cuna			
Cubiertas de la incubadora			

Comprensión de las alarmas	Analizado	Demostrado	Comentarios
Prioridades de alarma			
Comprensión de la pantalla del panel de control			
Comprensión de los tonos sonoros			
Silenciación de alarmas			
Varias alarmas			
Mantenimiento y limpieza	Analizado	Demostrado	Comentarios
Directrices de reparación			
Calendario de mantenimiento			
Frecuencia de mantenimiento y limpieza por parte del usuario			
Frecuencia de las tareas de mantenimiento			
Directrices de limpieza			
Soluciones de limpieza			
Recomendaciones sobre los métodos de limpieza			
Preparación para limpiar el dispositivo			
Limpieza de la pantalla táctil			
Desmontaje del dispositivo para una limpieza completa			
Limpieza de componentes individuales			
Limpieza del depósito de agua del humidificador			
Limpieza de la sonda de temperatura cutánea			
Limpieza del colchón			
Elevación o bajada de la cubierta			
Montaje del dispositivo			
Medidas de seguridad	Analizado	Demostrado	Comentarios
Conciencia por parte de los usuarios médicos y no médicos de las medidas de seguridad relacionadas con lo siguiente:			
Etiquetas del dispositivo			
Enganches			
Fijación de los paneles de las paredes y de las portillas			
Colocación del bebé en el colchón			
Acceso al paciente y traslado de este			
Apertura de paredes o portillas			
Monitoreo del paciente			