

# Pregled tehnika za uređaj Giraffe OmniBed Carestation CS1



<b>Ime kliničara:</b>		<b>Funkcija kliničara:</b>	
<b>Bolnica/ustanova:</b>			
<b>Grad:</b>		<b>Država:</b>	
<b>Trener:</b>		<b>Datum:</b>	

<b>Opis sustava</b>	<b>Objašnjeno</b>	<b>Pokazano</b>	<b>Napomene</b>
Prednji prikaz			
Stražnji prikaz			
Naljepnice na uređaju			
<b>Poznavanje upravljačke ploče</b>	<b>Objašnjeno</b>	<b>Pokazano</b>	<b>Napomene</b>
Početni zaslon			
Zaslon odsutnosti			
Upotreba tipkovnice			
Zaslonska pomoć			
<b>Poznavanje načina rada</b>	<b>Objašnjeno</b>	<b>Pokazano</b>	<b>Napomene</b>
Način rada Air Mode (Zrak)			
Način rada Baby Mode (Dijete)			
Načini rada Warm-up Mode (Zagrijavanje) i Pre-heat Mode (Prethodno zagrijavanje)			
Prijelaz u način rada			
<b>Značajke postavljanja</b>	<b>Objašnjeno</b>	<b>Pokazano</b>	<b>Napomene</b>
Kretanje zaslonom za postavljanje			
Postavljanje pacijenta			
Current Time (Trenutačno vrijeme)			
Baby Name (Ime djeteta)			
Date of Birth (Datum rođenja)			
Gestational Age (Prenatalna dob)			

Značajke postavljanja (nastavak)	Objašnjeno	Pokazano	Napomene
Comfort Zone (Zona udobnosti)			
Alarms Setup (Postavljanje alarma)			
Temperature Units (Jedinice temperature)			
Skin Temp Alarm (Baby Mode) (Alarm za temperaturu kože (način rada za dijete))			
Skin Temp Alarm (Air/Manual Mode) (Alarm za temperaturu kože (način rada za zrak / ručni način rada))			
Alarm Volume (Glasnoća alarma)			
Hands Free Alarm Silence (Beskontaktno utišavanje alarma)			
System Setup (Postavke sustava)			
Papučica za podizanje poklopca			
Bed Elevation (Podizanje kreveta), omogućivanje i onemogućivanje			
Away Screen Timeout (Istek zaslona odsutnosti)			
Screen Brightness (Svjetlina zaslona)			
Calibrate Oxygen (Kalibracija kisika)			
Themes (Teme)			
Zadane postavke sustava za postavljanje			
Provjera prije upotrebe	Objašnjeno	Pokazano	Napomene
Mehaničke provjere			
Provjere upravljačke ploče			
Provjere ovlaživača			
Provjere kisika			
Upotreba uređaja OmniBed	Objašnjeno	Pokazano	Napomene
Uključivanje uređaja			
Postavljanje za prihvat			
Prihvat pacijenta			
Pričvršćivanje sonde za temperaturu kože			
Rad s dvije sonde za temperaturu kože			
Blokiranje i pričvršćivanje otvora i ploča kreveta			
Otvaranje, blokiranje i pričvršćivanje otvora			
Otvaranje i blokiranje ploča kreveta			
Upotreba madraca			
Izvlačenje madraca			
Rotacija madraca			

Upotreba uređaja OmniBed (nastavak)	Objašnjeno	Pokazano	Napomene
Naginjanje madraca			
Podizanje poklopca			
Podizanje i spuštanje kreveta			
Upotreba plitice rendgena			
Davanje kisika			
Priključivanje kisika			
Kalibracija kisika			
Upotreba ovlaživača			
Davanje vlage			
Upotreba vage			
Trend težine			
Upotreba značajke Air Boost (Pojačanje zraka)			
Postavljanje pokazivača vremena			
Prikaz trendova			
Postavljanje temperature zraka u načinu rada Air Mode (Zrak)			
Ručno postavljanje temperature zraka			
Postavljanje značajke Comfort Zone (Zona udobnosti)			
Sustav Nurse Call (Pozivanje medicinske sestre) i daljinski nadzor			
Upotreba sučelja za daljinski nadzor			
Upotreba sučelja sustava Nurse Call (Pozivanje medicinske sestre)			
Postavljanje dodatne opreme			
Postavljanje vage			
Komponente sustava vodilica za postavljanje			
Držak plinskog cilindra			
Krak za pridržavanje cijevi			
Poklopac otvora			
Potporna ruka Silo			
Otvaranje i blokiranje ploča kreveta			
Poklopci inkubatora			

Poznavanje alarma	Objašnjeno	Pokazano	Napomene
Prioriteti alarma			
Poznavanje zaslona upravljačke ploče			
Poznavanje zvučnih signala			
Utišavanje alarma			
Višestruki alarmi			
Čišćenje i održavanje	Objašnjeno	Pokazano	Napomene
Smjernice za popravke			
Raspored održavanja			
Učestalost korisničkog održavanja i čišćenja			
Učestalost servisnog održavanja			
Smjernice za čišćenje			
Sredstva za čišćenje			
Preporuke za način čišćenja			
Priprema za čišćenje uređaja			
Brisanje dodirnog zaslona			
Rastavljanje uređaja radi temeljitog čišćenja			
Čišćenje pojedinačnih dijelova			
Čišćenje spremnika za vodu za ovlaživač			
Čišćenje sonde za temperaturu kože			
Čišćenje madraca			
Podizanje i spuštanje poklopca			
Ponovno sastavljanje uređaja			
Sigurnosne mjere	Objašnjeno	Pokazano	Napomene
Svijest kliničkih i nekliničkih korisnika o sigurnosnim mjerama koje se odnose na sljedeće:			
Naljepnice na uređaju			
Zasuni			
Pričvršćivanje zidnih ploča i otvora			
Stavljanje djeteta na sredinu madraca			
Pristup pacijentu i prijenos pacijenta			
Otvaranje zidova / vrata otvora			
Praćenje pacijenata			