

# Panoramica delle funzionalità di Giraffe OmniBed Carestation CS1



<b>Nome del medico:</b>		<b>Ruolo funzionale del personale medico:</b>	
<b>Ospedale/Struttura:</b>			
<b>Città:</b>		<b>Stato:</b>	
<b>Formatore:</b>		<b>Data:</b>	

<b>Descrizione del sistema</b>	<b>Discusso</b>	<b>Dimostrato</b>	<b>Commenti</b>
Vista frontale			
Vista posteriore			
Etichette del dispositivo			

<b>Descrizione del pannello di controllo</b>	<b>Discusso</b>	<b>Dimostrato</b>	<b>Commenti</b>
Schermata iniziale			
Schermata di sospensione			
Utilizzo della tastiera			
Guida sullo schermo			

<b>Descrizione delle modalità</b>	<b>Discusso</b>	<b>Dimostrato</b>	<b>Commenti</b>
Modalità aria			
Modalità neonato			
Modalità riscaldamento e pre-riscaldamento			
Transizione modalità operativa			

<b>Funzioni di configurazione</b>	<b>Discusso</b>	<b>Dimostrato</b>	<b>Commenti</b>
Navigazione nella schermata Configurazione			
Configurazione del paziente			
Ora corrente			
Nome neonato			
Data di nascita			
Età gestazionale			

<b>Funzioni di configurazione (continua)</b>	<b>Discusso</b>	<b>Dimostrato</b>	<b>Commenti</b>
Zona di benessere			
Configurazione degli allarmi			
Unità di temperatura			
Allarme temp. cutanea (Modalità neonato)			
Allarme temp. cutanea (Modalità aria/manuale)			
Volume allarmi			
Silenziamento allarmi a mani libere			
Configurazione del sistema			
Pedale di sollevamento del coperchio			
Sollevamento del letto, attivazione e disattivazione			
Timeout schermata di sospensione			
Luminosità schermo			
Calibra ossigeno			
Temì			
Impostazioni predefinite del sistema per la configurazione			
<b>Verifica prima dell'utilizzo</b>	<b>Discusso</b>	<b>Dimostrato</b>	<b>Commenti</b>
Controlli meccanici			
Verifiche del pannello di controllo			
Controlli dell'umidificatore			
Controlli dell'ossigeno			
<b>Utilizzo di OmniBed</b>	<b>Discusso</b>	<b>Dimostrato</b>	<b>Commenti</b>
Alimentazione del dispositivo			
Configurazione per il ricovero			
Ricovero del paziente			
Collegamento della sonda di temperatura cutanea			
Funzionamento con due sonde per la temperatura cutanea			
Blocco e fissaggio di oblò e pannelli del letto			
Apertura, blocco e fissaggio degli oblò			
Apertura e blocco dei pannelli del letto			
Uso del materasso			
Estrazione del materasso			
Rotazione del materasso			

Utilizzo di OmniBed (continua)	Discusso	Dimostrato	Commenti
Inclinazione del materasso			
Sollevamento del coperchio			
Sollevamento e abbassamento del letto			
Utilizzo del vassoio per raggi X			
Erogazione di ossigeno			
Collegamento dell'ossigeno			
Calibrazione dell'ossigeno			
Utilizzo dell'umidificatore			
Erogazione di umidità			
Utilizzo della bilancia			
Trend dei pesi			
Utilizzo di Air Boost			
Impostazione del timer			
Visualizzazione dei Trend			
Impostazione della temperatura dell'aria in Modalità aria			
Impostazione manuale della temperatura dell'aria			
Impostazione della zona di benessere			
Sistema di chiamata infermiere e monitoraggio remoto			
Utilizzo dell'interfaccia di monitoraggio remoto			
Utilizzo dell'interfaccia con il sistema di chiamata infermiere			
Installazione di apparecchiature opzionali			
Installazione della bilancia			
Montaggio dei componenti del sistema delle guide			
Supporto per bombole di gas			
Braccio di gestione dei tubi			
Coperchio dell'oblò			
Archetto di sostegno del silo			
Apertura e blocco dei pannelli del letto			
Coperture dell'incubatrice			

Descrizione degli allarmi	Discusso	Dimostrato	Commenti
Priorità degli allarmi			
Descrizione del display del pannello di controllo			
Descrizione dei segnali acustici			
Silenziamento allarmi			
Allarmi multipli			
Manutenzione e pulizia	Discusso	Dimostrato	Commenti
Linee guida per la riparazione			
Programma di manutenzione			
Manutenzione da parte dell'utente e frequenza di pulizia			
Frequenza di manutenzione			
Linee guida per la pulizia			
Soluzioni detergenti			
Raccomandazioni per il metodo di pulizia			
Preparazione per la pulizia del dispositivo			
Pulizia del touchscreen			
Smontaggio del dispositivo per una pulizia completa			
Pulizia dei singoli componenti			
Pulizia del serbatoio dell'acqua dell'umidificatore			
Pulizia della sonda di temperatura cutanea			
Pulizia del materasso			
Sollevarlo o abbassamento della calotta			
Rimontaggio del dispositivo			
Misure di sicurezza	Discusso	Dimostrato	Commenti
Consapevolezza da parte degli utenti clinici e non clinici delle misure di sicurezza relative a:			
Etichette del dispositivo			
Fermi			
Fissaggio dei pannelli a parete e degli oblò			
Posizionamento del neonato al centro del materassino			
Accesso e trasferimento del paziente			
Apertura degli sportelli/porte degli oblò			
Monitoraggio del paziente			