

Oversikt over egenskapene til Giraffe OmniBed Carestation CS1



Navn på kliniker:		Klinikers funksjonelle rolle:	
Sykehus/ institusjon:			
By:		Delstat:	
Instruktør:		Dato:	

Systembeskrivelse	Diskutert	Demonstrert	Kommentarer
Sett forfra			
Sett bakfra			
Enhetsetiketter			
Forstå kontrollpanelet	Diskutert	Demonstrert	Kommentarer
Startskjerm			
Borteskjermbilde			
Bruk av tastatur			
Skjermhjelp			
Forstå moduser	Diskutert	Demonstrert	Kommentarer
Luftmodus			
Babymodus			
Oppvarmings- og forvarmingsmodus			
Driftsmodusovergang			
Oppsettsfunksjoner	Diskutert	Demonstrert	Kommentarer
Navigering i oppsettsskjermbilde			
Pasientoppsett			
Nåværende tidspunkt			
Babyens navn			
Fødselsdato			
Gestasjonsalder			

Oppsettsfunksjoner (fortsetter)	Diskutert	Demonstrert	Kommentarer
Komfortsone			
Alarmoppsett			
Temperaturenheter			
Hudtemperaturalarm (babymodus)			
Hudtemperaturalarm (luftmodus / manuell modus)			
Alarmvolum			
Håndfri alarmdemping			
Systemoppsett			
Hevepedal for lokk			
Løfting av seng, aktivering og deaktivering			
Tidsavbrudd for borteskjerm bilde			
Skjermens lysstyrke			
Kalibrer oksygen			
Temaer			
Standard systeminnstillinger for oppsett			
Førbrukssjekk	Diskutert	Demonstrert	Kommentarer
Manuelle kontroller			
Kontrollpanelkontroller			
Luftfukterkontroller			
Oksygenkontroller			
Bruk av OmniBed	Diskutert	Demonstrert	Kommentarer
Slå på enheten			
Oppsett for innleggelse			
Innlegging av pasient			
Festing av hudtemperaturmåleren			
Bruk av to hudtemperaturmålere			
Låsing og sikring av porthull og sengepaneler			
Åpning, lukking og sikring av porthull			
Åpning og lukking av sengepanelene			
Bruk av madrass			
Uttrekking av madrass			
Rotasjon av madrassen			

Bruk av OmniBed (fortsetter)	Diskutert	Demonstrert	Kommentarer
Vipping av madrass			
Heving av lokket			
Heving og senking av sengen			
Bruk av røntgenbrettet			
Administrering av oksygen			
Koble til oksygen			
Kalibrering av oksygen			
Bruk av luftfukteren			
Administrering av fuktighet			
Bruk av vekt			
Vekttrender			
Bruk av Air Boost			
Innstilling av tidsur			
Visning av trender			
Angi lufttemperatur i luftmodus			
Manuell innstilling av lufttemperatur			
Angi komfortsone			
Nurse Call-system og ekstern overvåking			
Bruk av grensesnitt for ekstern overvåking			
Bruk av Nurse Call System-grensesnittet			
Installering av tilleggsutstyr			
Installering av vekt			
Montering av skinneresystemkomponenter			
Gassflaskeholder			
Arm for slangestyring			
Porthullok			
Silostøttearm			
Åpning og lukking av sengepanelene			
Inkubatordeksler			

Forståelse av alarmer	Diskutert	Demonstrert	Kommentarer
Alarmprioritet			
Forstå kontrollpanelskjermen			
Forstå lydsignaler			
Demping av alarmer			
Flere alarmer			
Vedlikehold og rengjøring	Diskutert	Demonstrert	Kommentarer
Retningslinjer for reparasjon			
Vedlikeholdsplan			
Brukervedlikehold og rengjøringsfrekvens			
Hyppighet for servicevedlikehold			
Retningslinjer for rengjøring			
Rengjøringsmidler			
Anbefalte rengjøringsmetoder			
Forberedelse til rengjøring av enheten			
Tørking av berørings skjermen			
Demontering av enheten for en komplett rengjøring			
Rengjøring av individuelle komponenter			
Rengjøring av vannbeholderen til luftfukter			
Rengjøring av hudtemperaturmåleren			
Rengjøring av madrassen			
Heving og senking av lokket			
Montering av enhet			
Sikkerhetstiltak	Diskutert	Demonstrert	Kommentarer
Kliniske og ikke-kliniske brukeres bevissthet om sikkerhetstiltak knyttet til følgende:			
Enhetsetiketter			
Låser			
Sikring av veggpaneler og porthull			
Plassering av baby i midten av madrassen			
Pasienttilgang og overføring			
Åpning av vegg- og porthulldører			
Pasientovervåking			