

Visão geral dos Recursos da Incubadora Giraffe OmniBed Carestation CS1



Nome dos médicos:		Papel operacional dos médicos:	
Hospital/Instalação:			
Cidade:		Estado:	
Treinador:		Data:	

Descrição do sistema	Discutido	Demonstrado	Comentários
Vista frontal			
Vista posterior			
Etiquetas do dispositivo			
Entender o Painel de controle	Discutido	Demonstrado	Comentários
Tela inicial			
Tela ausente			
Uso do teclado			
Ajuda na tela			
Conhecer os modos	Discutido	Demonstrado	Comentários
Modo Ar			
Modo Bebê			
Modos de aquecimento e preaquecimento			
Transição do modo de de operação			
Recursos de configuração	Discutido	Demonstrado	Comentários
Acessar a tela de Configuração			
Configuração do paciente			
Hora atual			
Nome do bebê			
Data de nascimento			
Idade gestacional			

Recursos de configuração (continuação)	Discutido	Demonstrado	Comentários
Zona de conforto			
Configuração de alarmes			
Unidades de temperatura			
Alarme de temperatura da pele (modo Bebê)			
Alarme de temperatura da pele (modos Ar e Manual)			
Volume de alarme			
Silenciar alarmes sem mãos			
Configuração do sistema			
Pedal de elevação do dossel			
Elevação do leito, Ativar e Desativar			
Tempo limite da tela Ausente			
Brilho da tela			
Calibrar oxigênio			
Temas			
Padrões de configuração do sistema			
Verificação antes do uso	Discutido	Demonstrado	Comentários
Verificações mecânicas			
Verificações do Painel de controle			
Verificações do umidificador			
Verificações de oxigênio			
Uso da OmniBed	Discutido	Demonstrado	Comentários
Ligar o dispositivo			
Configurar dispositivo para admissão			
Admitir o paciente			
Fixar a sonda de temperatura da pele			
Operar com duas sondas de temperatura da pele			
Travar e prender as portinholas e painéis do leito			
Abrir, travar e prender as portinholas			
Abrir e travar painéis do peito			
Usar o colchão			
Deslizar o colchão			
Girar o colchão			

Uso da OmniBed (continuação)	Discutido	Demonstrado	Comentários
Inclinar o colchão			
Elevar o dossel			
Elevar e rebaixar o leito			
Usar a bandeja de raios X			
Administrar oxigênio			
Conectar o oxigênio			
Calibrar oxigênio			
Usar o umidificador			
Administrar a umidade			
Usar a balança			
Tendências de pesos			
Uso do Impulso			
Configurar o timer			
Exibir tendências			
Configurar a temperatura do ar no modo Ar			
Configurar manualmente a temperatura do ar			
Configurar a Zona de Conforto			
Sistema de Chamada de enfermeiro e monitorização remota			
Usar a interface de monitorização remota			
Usar a interface do sistema de Chamada de enfermeiro			
Instalação de equipamento opcional			
Instalar a balança			
Componentes do sistema do trilho de montagem			
Suporte do cilindro de gás			
Braço de gerenciamento de tubos			
Tampa da portinhola			
Braço de suporte do reservatório			
Abrir e travar painéis do leito			
Tampas da Incubadora			

Entender alarmes	Discutido	Demonstrado	Comentários
Prioridades de alarme			
Entender o display do Painel de controle			
Entender os sons reproduzidos			
Silenciar alarme			
Alarmes diversos			
Manutenção e limpeza	Discutido	Demonstrado	Comentários
Diretrizes de reparo			
Programação da manutenção			
Frequência de manutenção e limpeza do usuário			
Frequência de manutenção			
Diretrizes de limpeza			
Soluções de limpeza			
Recomendações sobre métodos de limpeza			
Preparação para limpeza do dispositivo			
Limpeza da tela sensível ao toque			
Desmontagem do dispositivo para uma limpeza completa			
Limpar dos componentes individuais			
Limpeza do reservatório do umidificador			
Limpeza da sonda de temperatura da pele			
Limpeza do colchão			
Elevar ou rebaixar a capa			
Remontar o dispositivo			
Medidas de segurança	Discutido	Demonstrado	Comentários
Conhecimento dos usuários clínicos e não clínicos sobre as medidas de segurança relacionadas aos seguintes aspectos:			
Etiquetas do dispositivo			
Travas			
Fixação dos painéis de parede e portinholas			
Posicionamento do bebê no centro do colchão			
Acesso e transferência do paciente			
Abrir portas de paredes/portinholas			
Monitoramento do paciente			