

# Обзор навыков по работе с инкубатором Giraffe OmniBed Carestation CS1



<b>ФИО врача:</b>		<b>Должность врача:</b>	
<b>Медицинское учреждение:</b>			
<b>Город:</b>		<b>Регион:</b>	
<b>Инструктор:</b>		<b>Дата:</b>	

<b>Описание системы</b>	<b>Обсуждено</b>	<b>Продемонстрировано</b>	<b>Комментарии</b>
Вид спереди			
Вид сзади			
Этикетки на устройстве			

<b>Основные сведения о панели управления</b>	<b>Обсуждено</b>	<b>Продемонстрировано</b>	<b>Комментарии</b>
Основной экран			
Экран «Нет на месте»			
Использование клавиатуры			
Экранная справка			

<b>Основные сведения о режимах</b>	<b>Обсуждено</b>	<b>Продемонстрировано</b>	<b>Комментарии</b>
Режим «Воздух»			
Режим «Ребенок»			
Режимы нагрева и прогрева			
Переключение между рабочими режимами			

<b>Функции настройки</b>	<b>Обсуждено</b>	<b>Продемонстрировано</b>	<b>Комментарии</b>
Навигация по экрану настройки			
Настройка пациента			
Текущее время			

<b>Функции настройки (продолжение)</b>	<b>Обсуждено</b>	<b>Продемонстрировано</b>	<b>Комментарии</b>
Имя ребенка			
Дата рождения			
Гестационный возраст			
Зона комфорта			
Настройка сигналов тревоги			
Единицы температуры			
Сигнал тревоги по темп. кожи (режим «Ребенок»)			
Сигнал тревоги по температуре кожи (режим «Воздух/Вручную»)			
Громкость звуковых предупреждающих сигналов			
Функция бесконтактного отключения сигнала тревоги			
Настройка системы			
Педаль подъема колпака			
Включение и отключение функции подъема кровати			
Время ожидания экрана «Нет на месте»			
Яркость экрана			
Калибровка кислорода			
Темы			
Системные значения по умолчанию для настройки			
<b>Предварительная проверка</b>	<b>Обсуждено</b>	<b>Продемонстрировано</b>	<b>Комментарии</b>
Механические проверки			
Проверки панели управления			
Проверки увлажнителя			
Проверки кислорода			
<b>Использование системы OmniBed</b>	<b>Обсуждено</b>	<b>Продемонстрировано</b>	<b>Комментарии</b>
Включение устройства			
Настройка приема пациента			
Прием пациента			
Прикрепление датчика температуры кожи			

Использование системы OmniBed (продолжение)	Обсуждено	Продемон- стрировано	Комментарии
Работа с двумя датчиками температуры кожи			
Закрытие и фиксация окошек и панелей кровати			
Открытие, закрытие и фиксация окошек			
Открытие и фиксация панелей кровати			
Использование матраца			
Выдвижение матраца			
Поворот матраца			
Наклон матраца			
Подъем колпака			
Подъем и опускание кровати			
Использование лотка для рентгенографии			
Подача кислорода			
Подключение кислорода			
Калибровка кислорода			
Использование увлажнителя			
Поддержание влажности			
Использование весов			
Построение тренда весов			
Использование наддува воздуха			
Установка таймера			
Отображение трендов			
Установка температуры воздуха в режиме «Воздух»			
Задание установленной температуры воздуха вручную			
Настройка зоны комфорта			
Система вызова медсестры и дистанционный мониторинг			
Использование интерфейса дистанционного мониторинга			
Использование интерфейса системы вызова медсестры			
Установка дополнительного оборудования			

<b>Использование системы OmniBed (продолжение)</b>	<b>Обсуждено</b>	<b>Продемон- стрировано</b>	<b>Комментарии</b>
Установка весов			
Установка компонентов системы монтажной направляющей			
Держатель газового баллона			
Кронштейн для разводки трубок			
Крышка окошка			
Кронштейн для мешка «silo»			
Открытие и фиксация панелей кроватки			
Крышки инкубатора			
<b>Основные сведения о сигналах тревоги</b>	<b>Обсуждено</b>	<b>Продемон- стрировано</b>	<b>Комментарии</b>
Приоритеты сигналов тревоги			
Основные сведения об отображении на панели управления			
Значение звуковых сигналов			
Отключение звука сигналов тревоги			
Множественные сигналы тревоги			
<b>Техническое обслуживание и чистка</b>	<b>Обсуждено</b>	<b>Продемон- стрировано</b>	<b>Комментарии</b>
Указания по ремонту			
График технического обслуживания			
Периодичность процедур технического обслуживания и чистки, выполняемых пользователем			
Периодичность сервисного обслуживания			
Указания по чистке			
Чистящие растворы			
Рекомендации по способу чистки			
Подготовка к чистке устройства			
Протирание сенсорного экрана			
Разборка устройства перед проведением полной чистки			
Чистка отдельных компонентов			
Чистка резервуара для воды увлажнителя			

Техническое обслуживание и чистка (продолжение)	Обсуждено	Продемонстрировано	Комментарии
Чистка датчика температуры кожи			
Чистка матраца			
Подъем или опускание колпака			
Повторная сборка устройства			

Меры обеспечения безопасности	Обсуждено	Продемонстрировано	Комментарии
-------------------------------	-----------	--------------------	-------------

Все лица (связанные и не связанные с клинической деятельностью) должны быть ознакомлены с мерами обеспечения безопасности, касающимися следующих аспектов:

Этикетки на устройстве			
Защелки			
Фиксация боковых панелей и окошек			
Расположение ребенка по центру матраца			
Доступ к пациенту и его перемещение			
Открытие боковых панелей и дверок окошек			
Наблюдение за пациентом			