

# Giraffe OmniBed Carestation CS1 – kunskapsöversikt



<b>Klinikerns namn:</b>		<b>Klinikerns funktionella roll:</b>	
<b>Sjukhus/ anläggning:</b>			
<b>Stad:</b>		<b>Stat:</b>	
<b>Instruktör:</b>		<b>Datum:</b>	

<b>Systembeskrivning</b>	<b>Diskuterat</b>	<b>Demonstrerat</b>	<b>Kommentarer</b>
Framifrån			
Bakifrån			
Enhetsetiketter			
<b>Förstå kontrollpanelen</b>	<b>Diskuterat</b>	<b>Demonstrerat</b>	<b>Kommentarer</b>
Hemskärmen			
Viloskärm			
Använda tangentbordet			
Hjälp på skärmen			
<b>Förstå lägen</b>	<b>Diskuterat</b>	<b>Demonstrerat</b>	<b>Kommentarer</b>
Luftläge			
Babyläge			
Uppvärmnings- och förvärmningslägen			
Övergång mellan driftlägen			
<b>Inställningsfunktioner</b>	<b>Diskuterat</b>	<b>Demonstrerat</b>	<b>Kommentarer</b>
Navigering på inställningsskärmen			
Patientinställning			
Aktuell tid			
Barnets namn			
Födelsedatum			
Gestationsålder			

<b>Inställningsfunktioner (forts.)</b>	<b>Diskuterat</b>	<b>Demonstrerat</b>	<b>Kommentarer</b>
Komfortzon			
Larminställning			
Temperaturenheter			
Hudtemplarm (babyläge)			
Hudtemplarm (luftläge/manuellt läge)			
Larmvolym			
Handsfree larmavstängning			
Systeminställning			
Takhöjningspedal			
Sänghöjd, aktivera och inaktivera			
Viloskärm-timeout			
Skärmens ljusstyrka			
Kalibrera syre			
Teman			
Systemets standardvärden för inställningar			
<b>Kontroll före användning</b>	<b>Diskuterat</b>	<b>Demonstrerat</b>	<b>Kommentarer</b>
Mekaniska kontroller			
Kontroll av kontrollpanelen			
Luftfuktarkontroller			
Syrekontroller			
<b>Använda OmniBed</b>	<b>Diskuterat</b>	<b>Demonstrerat</b>	<b>Kommentarer</b>
Strömförsörja enheten			
Ställa in för inläggning			
Lägga in patienten			
Ansluta hudtemperaturproben			
Drift med två hudtemperatursonder			
Låsa och säkra luckor och bäddpaneler			
Öppna, låsa och säkra luckor			
Öppna och låsa bäddpaneler			
Använda madrassen			
Skjuta ut madrassen			
Rotera madrassen			

Använda OmniBed (forts.)	Diskuterat	Demonstrerat	Kommentarer
Luta madrassen			
Höja taket			
Höja och sänka bädden			
Använda röntgenbrickan			
Tillföra syre			
Ansluta syre			
Kalibrera syre			
Använda luftfuktaren			
Tillföra luftfuktighet			
Använda vågen			
Trendvikter			
Använda luftboost			
Ställa in timern			
Visa trender			
Inställning av lufttemperatur i luftläge			
Ställa in luftbörtemperatur manuellt			
Ställa in komfortzon			
System för sköterskelarm och distansövervakning			
Använda fjärrövervakningsgränssnittet			
Använda gränssnittet för sköterskelarmsystemet			
Montering av tillvalsutrustning			
Montera vågen			
Montera skensystemkomponenter			
Hållare till gasflaska			
Slanghållararm			
Öppningsskydd			
Silostödarm			
Öppna och låsa bäddpaneler			
Kuvösskydd			

<b>Förstå larm</b>	<b>Diskuterat</b>	<b>Demonstrerat</b>	<b>Kommentarer</b>
Larmprioriteter			
Förstå kontrollpanelens skärm			
Förstå ljudsignaler			
Stänga av larm			
Flera larm			
<b>Underhåll och rengöring</b>	<b>Diskuterat</b>	<b>Demonstrerat</b>	<b>Kommentarer</b>
Reparationsanvisningar			
Underhållsschema			
Intervall för användarunderhåll och rengöring			
Intervall för serviceunderhåll			
Riktlinjer för rengöring			
Rengöringslösningar			
Rekommenderad rengöringsmetod			
Förberedelser inför rengöring av enheten			
Torka av pekskärmen			
Nedmontera enheten för fullständig rengöring			
Rengöra enskilda komponenter			
Rengöra luftfuktarens vattenbehållare			
Rengöra hudtemperaturproben			
Rengöra madrassen			
Höja eller sänka huven			
Sätta ihop enheten			
<b>Säkerhetsåtgärder</b>	<b>Diskuterat</b>	<b>Demonstrerat</b>	<b>Kommentarer</b>
Uppmärksamhet för kliniska och ej kliniska användare om säkerhetsåtgärder relaterade till följande:			
Enhetsetiketter			
Spärrar			
Säkra väggpaneler och luckor			
Placera spädbarnet i mitten av madrassen			
Patientåtkomst och -flyttning			
Öppna väggar/luckor			
Patientövervakning			